



# Sanificazione Ambientale Un'esperienza

Davide Brodesco

ULSS 8 Berica

Roma 18/10/2019





# La tipologia di contratto

Contratto di Servizi

Non prestazione di manodopera

Livelli di qualità da assicurare





# Linguaggio Tecnico del Servizio

Monouso

Ripasso

Pulizie ordinarie

Pulizie periodiche

Pulizie straordinarie



# Linguaggio Tecnico Amministrativo

Appalto

Stazione appaltante

Esecutore

Capitolato Tecnico e Allegati

Progetto Tecnico

Capitolato d'oneri

Penali

LQA

Controlli

DUVRI





# I rapporti con le ditte

Capoarea

Caposervizio

Addette al servizio pulizia

Amministrazione





# I rapporti con l'Azienda ULSS

Provveditore

Coordinatori

Personale





# Controlli

Controlli di risultato

Schede

Scale

Strumenti

Segnalazioni



# Controlli

GRIGLIA DI CONTROLLO					
Scheda 1-Sale operatorie e sale parto (ROSSO)					
MACROAREA			CATEGORIA		
ZONA DI CONTROLLO					
LIVELLO SOGLIA	0.95	DATA ORA CONTROLLO			
CONTROLLORI			OPERATORI		
Elementi	Criteri di valutazione		Coefficiente ponderale	Conforme/Non conforme	Risultato
	Totale(A)		131	Totale(B)	
	Livello soglia	0.95	Valore (1-B/A)		
	Conformità complessiva GRIGLIA				



# Controlli

Elementi	Criteri di valutazione	Coefficiente ponderale	Conforme/Non conforme	Risultato
Macchie	Macchie $\leq 2 \text{ cm}^2$ 0	2		
Impolveramento	$\leq 1$ Scala Bacharach	3		
Sporco aderente	0 Scala Bacharach	3		
Residui di lavaggio	0	1		
<b>Superfici orizzontali oltre 1,8 metri</b>				
Macchie	Macchie $> 2 \text{ cm}^2$ 0	2		
Macchie	Macchie $\leq 2 \text{ cm}^2$ 0	2		
Impolveramento	$\leq 2$ Scala Bacharach	3		
Sporco aderente	0 Scala Bacharach	3		
Residui di lavaggio	0	1		





# Controlli

Controlli di Processo

Utilizzo prodotti

Utilizzo attrezzature

Corrette modalità di applicazione dei prodotti

Corretta modalità di diluizione dei prodotti





Grazie per  
l'attenzione



Icon made by Smashicons from pexels

# Dispositivi

DEVICE SEDE	TAMPONE	VALORE PRE (RLU)	VALORE POST (RLU) a 5 min	VALORE POST (RLU) a 10 min
 <p>Mac 5500®</p>	Tastiera	1526	183	19
	fruste ed elettrodi	477	/	/



# Dispositivi

DEVICE SEDE	TAMPONE	VALORE PRE (RLU)	VALORE POST (RLU) a 5 min	VALORE POST (RLU) a 10 min
Oxylog 3000® Ventilatore trasportabile 	tasti e manopole di comando	29609	66	/
Pavimento	a 5 ore dal passaggio della ditta di pulizie	664	/	/



# Dispositivi

DEVICE SEDE	TAMPONE	VALORE PRE (RLU)	VALORE POST (RLU) a 5 min	VALORE POST (RLU) a 10 min
 IntelliVue MX800®	touchscreen	4059	/	/
 Heartstart XL®	tasti di comando e piastre per la defibrillazione	4005	228	89

